



Ikt.sz.: 1930-2/2017.

Üi: Gyárfásné

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton tájékoztatja az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő), hogy az „Egészségügyi bútorok, egészségügyi szakellátás eszközei és ágytálmósó berendezés beszerzése” tárgyában indított, a **közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során** a beérkezett kérdésre a következő választ adom:

Amennyiben egy tételre is lehetőség van árajánlatadásra, úgy ágytálmósóra fogunk tudni árajánlatot adni. Ehhez viszont a következő kérdésünk lenne: Érdeklődnénk a telepítés helyén lévő víz keménységéről, mer ha a 15 NK° felett van akkor különálló vízlágyító berendezés is szükséges az ágytálmósó mellé.


A pályázati kiírás azért került I., II., és III. részre kiírásra, hogy a részekre külön lehessen pályázni. Mivel az ágytálmósó berendezés a III. részben van kiírva, ezért arra külön lehet pályázni.

Az ÉRV ZRT. tájékoztatása alapján Tiszaújvárosban a víz keménysége: 7 NK°.

Tiszaújváros, 2017. év május hó 2. nap

Tisztelettel:




Poropatic Péter
intézményvezető